

## QUALITÄTSZERTIFIKAT

### DESTILLIERTES WASSER

<b>Andere Namen (Synonyme):</b>	Kondensat, Wasserdestillat
<b>Herkunftsland:</b>	EU
<b>Abpackung:</b>	1L, 5L, 10L, 20L, 220L, 1000L
<b>CAS. Nr.:</b>	Nicht anwendbar
<b>EINECS Nr.:</b>	Nicht anwendbar

Parameter	Standard	Ergebnis
Spezifische Leitfähigkeit, $\mu\text{S}/\text{cm}$	max 0,1	0,057
TOC (gesamter organischer Kohlenstoff), ppm	max 100	37,7
pH-Wert	6,5÷7,5	7,39
Natrium, ppm	max 3	0,08
Chloride (Cloride), ppm	max 3	<3
Sulfate (Sulfate, $\text{SO}_4$ ), ppm	max 3	<3
Kieselsäure (Silica) $\text{SiO}_2$ , ppm	max 10	5
TDS (insgesamt gelöste Feststoffe), ppm	höchstens 50	0,028
Temperatur $^{\circ}\text{C}$	< 40	20,10

<b>Nummer der Partei</b>	V-T 23-03/01.03.2023
<b>Datum der Herstellung</b>	03-2023
<b>Am besten vorher</b>	Keine Angaben

Ausstellungsdatum: 2025-02-11

In Übereinstimmung mit dem vom Hersteller ausgestellten Originalzertifikat

Geschäftsanschrift:

UAB „Lerochemas“  
Laukininkų g. 26-21  
Klaipėda  
Litauen

[www.lerochem.eu](http://www.lerochem.eu)

tel. +37067550384  
e-mail [info@lerochem.eu](mailto:info@lerochem.eu)

Kontakt:

Firmen-Nr. 305084382  
USt-IdNr.: LT100012307318  
AB „Swedbank“  
Konto-Nr. LT497300010158209569